

**ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**DISPENSA ELETRÔNICA 90287/2024 – AQUISIÇÃO DE DOSÍMETRO DE RUÍDO DIGITAL E CALIBRADOR DE RUÍDO DIGITAL**

Razão Social \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Inscrição Estadual ou Municipal: \_\_\_\_\_

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO(ÕES)	QTDE (S)	UNID (S)	MARCA (S)	VALOR (ES) UNITÁRIO (S)	VALOR (ES) TOTAL (IS)
1	DOSÍMETRO DE RUÍDO - Dosímetro Digital, Certificado de Calibração rastreável, Display LCD Colorido 4 Dígitos, Escala Seleccionável: 60 A 140 Db, Precisão: +/- 1,5 Db, Microfone, Calibração acústica automática, Alimentação: bateria interna Lítio-Polímero (Li-Po) recarregável, Acessórios: Estojo, Cabo Carregador Bivolt, Software, Normas Atendidas: IEC 61252, ANSI S1. 25, IEC 60804, IEC 60651, NR-15, NHO01 e Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 Art. 258 (compatível, mesma marca do Calibrador acústico portátil) - (Conforme Anexo I – ETP)	01	UND			
2	CALIBRADOR DE RUÍDO - Calibrador de Ruído Digital, Certificado de Calibração rastreável, Display Colorido, Precisão: +/- 0,4 dB, níveis de pressão sonora: 94 dB e 114 dB, Alimentação: 1 pilha “CR2” de 3V, Normas Atendidas: ANSI: S1.40, IEC: 60942 – Classe 1 (compatível, mesma marca do Dosímetro digital de ruído) - (Conforme Anexo I – ETP)	01	UND			

**Valor Total da Proposta:**

**R\$** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**OBS: O(s) valor(es) engloba(m) todo(s) o(s) custo(s), incluindo o(s) de transporte(s).**

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Data e assinatura do responsável.

NOME: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO ELETRÔNICO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_