ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA ELETRÔNICA 90544/2024 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Razão Social _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual ou Municipal: _____

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO(ÕES)	QTDE (S)	UNID (S)	MARCA (S)	VALOR (ES) UNITÁRIO (S)	VALOR (ES) TOTAL (IS)
1	Negatoscópio odontológico, utilizado para análise e traçado de radiografias; para ser usado vertical, horizontal e com possibilidade de fixação na parede; estrutura em policarbonato com superfície plana para facilitar traçado com régua; com superfície translúcida visor em acrílico translucido; iluminada com luz led cores azul, rosa e branco; fixação dos filmes através de 2 suportes; dimensão de aproximadamente 32,5cm x 23,8cm x 5,5cm (comp x alt x larg); com lupa; rede bivolt (110v/220v). (Conforme Anexo I – ETP)	2	UNID			
2	Avental de chumbo para odontologia: equipamento de proteção para adulto; confeccionado em borracha plumbífera; com proteção equivalente a 0,50mm de chumbo; retangular; medindo aproximadamente 100 x 60 cm; embalado em material que garanta a integridade do produto; contendo externamente marca comercial, procedência de fabricação, legislação conforme cerificação CA. (Conforme Anexo I – ETP)	1	UNID			
3	Câmara escura para odontologia, confeccionada em poliestireno de alto impacto; para revelação de	2	UNID			

ITEM (NS)	DESCRIÇÃO(ÕES)	QTDE (S)	UNID (S)	MARCA (S)	VALOR (ES) UNITÁRIO (S)	VALOR (ES) TOTAL (IS)
	filme radiográfico odontológico; com aproximadamente (22 x 25 x 32) cm = (l x a x c); com 04 copos de 200 ml. (Conforme Anexo I – ETP)					
4	Suporte para avental: para anteparo de avental de chumbo; aço pintado e tubo em pvc; de parede com capacidade para até 3 aventais; embalado em material que garanta a integridade do produto. (Conforme Anexo I – ETP)	2	UNID			
5	Aparelho fotopolimerizador, Led sem fio mínimo de 1200mw/cm² com 1 carregador, 01 transformador e lente reserva - peso máximo 150g/5,1 oz - Garantia mínima de um ano, com manual de instalação. Nota técnica - aparelho fotopolimerizador de led - necessário que seja sem fio/portátil devido ser uma peça de uso comum para os dentistas e pela fácil adaptação à mesa auxiliar. Caso requeira manutenção pode ser enviado para assistência sem ter que arcar com os custos/despesa de uma visita de um técnico para desacoplar do Equipo e/ou ter que desmarcar consulta para a visita deste técnico no consultório. (Conforme Anexo I – ETP)	6	UNID			
6	Gaveteiro clínico com rodízio odontológico com 06 gavetas mo104 – especificações: medida de altura 80cm, largura, 56cm, profundidade 51cm, peso 30kg, 3 gavetas com 06cm de altura, 02 gavetas com 12 cm de altura, 01 gaveta com 24cm, corrediças de aço com 45cm de comprimento. (Conforme Anexo I – ETP)	2	UNID			

Valor Total da Proposta:

R$ _____ (_____)

OBS: O(s) valor(es) engloba(m) todo(s) o(s) custo(s), incluindo o(s) de transporte(s).

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Data e assinatura do responsável.

NOME: _____
RG:_____
CPF:_____
ENDEREÇO ELETRÔNICO:_____
TELEFONE:_____